

**397** 小型CsI検出器による頭頸部腫瘍の検索

日下部きよ子、金谷和子、金谷信一、小林秀樹、  
太田淑子、牧正子、丹下正一、重田帝子（東女医大 放）、  
牧野元治（慈大 放）

汎用プローブとして開発された小型CsI検出器を用い、  
頭頸部腫瘍を有して $^{67}\text{Ga}$ -citrateが投与された症例を  
対象に、腫瘍検出用プローブとしての有用性を評価した。

フォトダイオードに接着された $14 \times 14 \times 10$  [mm]  
のCsIを鉛の単孔型コリメータで覆い増幅器に接続した。  
340 [g]の重量を有する。 $^{67}\text{Ga}$ -citrate、111  
[MBq]投与後3日で頸部の各部所の放射能は、10秒間で  
100～1000カウントとなった。

小型CsI検出器は頸部の腫瘍性病変の検出および位置  
確認に有用であることが示唆された。

**398** I-123 IMP SPECT による UVEAL MELANOMA

の描出 宇野公一（千大 放）油井信春、木下富士美  
戸川貴史（千葉ガン 核）箕田健生、佐野秀一（帝大  
市原 眼）川名正直（帝大市原 放）

今回、我々は3検出器型ガンマカメラを用いたSPE  
CT像により、I-123 IMPのUVEAL MELANOMAの描出につ  
いて検討した。対象は脈絡膜悪性黒色腫4例、毛様体  
悪性黒色腫1例で、計6回の検査を施行した。装置は  
3検出器型ガンマカメラ（東芝GCA9300A）を使用し、  
I-123 IMPを111MBq静注直後に全身像、1, 3, 24時間  
でSPECT像を撮像した。5例中3例（4検査）において  
静注後1時間より腫瘍は描出され、24時間で最も鮮明  
な画像が得られた。本法は他の画像診断法と共にU  
VEAL MELANOMAの診断及び治療経過観察に有効であると  
わられた。

**399**  $^{123}\text{I}$ -IMPによる肝細胞癌転移巣の検出能  
の検討

岩宮孝司、谷川昇、周藤裕治、水川婦一郎、遠藤健一、  
西尾剛、太田吉雄（鳥取大学放射線科）  
謝花正信（松江市立病院放射線科）

$^{123}\text{I}$ -IMPの肝細胞癌原発巣及び骨転移巣に対する  
集積に関しては、以前報告しているが、今回骨転移のほ  
か肺転移、脳転移、副腎転移、リンパ節転移症例に $^{123}\text{I}$ -  
IMPシンチグラフィを施行し、その検出能に関し  
て検討を行った。方法は $^{123}\text{I}$ -IMP 111MBq静注3時間  
後に大視野カメラにてスポット撮影を行った。骨転移巣  
に関しては、高頻度で転移巣への集積を認めたが、肺転  
移・副腎転移症例では検出率は低下した。脳転移例では  
転移巣に一致して高集積を認めた。肝細胞癌転移巣への  
 $^{123}\text{I}$ -IMPの集積にはRIの腫瘍特異性の他に臓器  
親和性の関与が示唆された。

**400**  $^{123}\text{I}$ -IMPの集積した肺癌症例の検討

米倉隆治、牧野正興（国立南九州中央 放）中別府良昭、  
中条政敬（鹿大 放）

$^{123}\text{I}$ -IMPは肺炎、無気肺には集積を認めるものの、肺  
癌には集積しないため、それらの鑑別に有用とされてき  
た。今回我々は昭和63年6月～平成4年4月の間 肺癌症  
例60例に $^{123}\text{I}$ -IMPシンチグラフィを行なったが、4例に  
おいて肺癌病巣部に集積増加がみられた。そのため肺癌  
の鑑別における $^{123}\text{I}$ -IMPシンチグラフィの意義について  
再検討を行ない報告する。