

medullare などが描記された。

以上の成績より脳脊髄液の流れとその時間的な関係、ならびに各脳槽の形態を知りえたのみならず、Hydrocephalus, Cerebrospinal Fluid Rhinorrhoe などの各種臨床診断に応用しうるものと思われる。

質問：平松 博（金大放射線科） RI 注入後の姿勢、頭位はとくに規定しませんでしたか。また頭部を前後に動かすいわゆるパンピングを行ないませんでしたか。

答：古本節夫（富山県立中央病院 放射線科） Lumbalpunktion により RISA 注入後の患者体位はとくに制限した体位とせず自由に放置した。

追加：平木辰之助（金大 放射線科） われわれはすでに 113m In Fe EDTA Ascorbic Acid を使用して cavity scanning の一種として発表していますが、とくに頭部外傷例で脊髄液の流出の有無の判定などに使用すればその臨床的意義は大きいと存じます。

*

6. 放射性ゼノン (^{133}Xe) による

肺の換気・血流分布の検索

小林 勉

（金沢大学医学部麻酔科）

^{133}Xe を用いて肺の換気と血流の分布を検索する Ball (1962) の方法を改良追試し、び慢性肺疾患の換気血流の分布測定から、その臨床的有用性を考察した。

Spirometer に 0.2mCi/1 の割合で ^{133}Xe を混入し、その濃度を Ionization Chamber で記録しつつ被験者に吸入させる。左右の肺の上中下を測定するよう被験者の背部に固定した7個の Scintillation Counter で肺の ^{133}Xe の濃度を測定し、吸入されたガスの分布を計算した。また、0.5mCi の ^{133}Xe を溶解した 5cc の生食を静注し、同様の方法で血流の分布を測定した。この方法により、正常人安静坐位では、上肺野に Relative Hypoventilation、下肺野に Relative Hyperventilation が認められたが、運動を負荷させたときの正常人の肺では、より効果的なガス交換ができるよう、換気と血流が全肺野均等に再分布されていることを認めた。び慢性肺疾患には、安静時の測定で正常人の安静時と同様の分布を示すものと、運動時と同様の分布を示す二つのタイプがあり、後者に運動を負荷させると強い低酸素血症をきたし、その理由は運動時に対する換気・血流の再分布能力がないためと判断された。

このように、 ^{133}Xe 法は一般検査で推定不可能な局所

肺機能を数量的に測定でき、さらに肺の代償機能が予測できるので、肺切後の肺機能を予測するなどの有力な診断法と考える。なお、呼吸困難、心疾患の患者にも施行でき、肺の曝露量は 600mrad 以上と推定される安全な方法である。

追加：平松 博（金大放射線科） びまん性陰影という表現に多少問題があるようで、演者の写真を見ると肺線維症に肺野粟粒撒布巣を含むものをいっておられるように思います。

演者の A グループは硅肺、B グループは collagen disease の群が入るということがほんとうならば非常に興味があり、臨床上レ線像の鑑別に役立つ有益な仕事と思われます。

なお、肺シンチグラムの併用、検討を加えれば一層面白いと思います。

*

7. シンチカメラの有効視野

久田欣一＜核医学診療科＞

松平正道＜中央放射線部＞

（金沢大学）

シンチカメラの有用性については周知のとおりであるが、視野に限度があり、これが一つの難点である。クリスタル直径 11.5in の有効視野の直径は約 10in であった。これを使用した場合、肝シンチフォトで 60%，肺シンチフォトで 62% が、その視野内に収まらない。有効視野を広げる方法として Diverging collimator または pin-hole collimator の使用がある。しかし pinhole collimator の使用は感度が低下するため実用的でない。Diverging collimator を使用することにより collimator 被検体間距離を適当にとることによって必要とする任意の視野をうることができ。Diverging collimator を用いることによる分解能の低下はほとんどなく、シンチフォトの水平方向の歪形もなかったが、垂直方向（患者の深さの方向）に像が歪形し、これが大きな欠点である。シンチフォトの歪形を防ぎ有効視野を広げるには大きなクリスタルを使用し parallel collimator を用いる必要があるが、14in ϕ クリスタルを使用することにより肝、肺などの大きな臓器も、それを十分視野内に収めることが可能であると考えられる。

質問：立野育郎（国立金沢病院特殊放射線科） Diverging collimator は、converging collimator と呼んだ方がいいかがでしょうか。（広い範囲のものを一つの視野内